

Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning. Madrasser, antidecubitus. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Innehåll

Syfte och omfattning.....	1
Allmänt	1
Ansvar och roller	1
Beskrivning.....	2
Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt	2
Kriterier:	2
Viktig information	2
Råd i förskrivningsprocessen	2
Bedömning	2
Utprovning	2
Uppföljning	2
Plan för kommunikation och implementering	3
Dokumentinformation	3
Referenser.....	3

Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt. Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg platina ID 09-63297” är styrande.

Allmänt

Riktlinjer för egenvård/ansvar ska i första hand beaktas.

Hjälpmedelsinsatser ska vara medicinskt och funktionellt motiverade

Ansvar och roller

Vårdenhetschefer ansvar för att samtliga förskrivare inom enheten har kännedom om riktlinjen och vet var de hittar den.

Förskrivare ansvarar för att tillämpa riktlinjen.

Beskrivning

Dokumentnamn: Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning. Madrasser, antidecubitus. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Dokument ID: 09-684746

Giltigt t.o.m.: 2024-10-03

Revisionsnr: 2

2(3)

Beskrivning

Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt

04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

I detta innefattas ”Hjälpmedel avsedda att omfördela tryck på ömtåliga delar av kroppen under längre perioder av sängliggande samt att förhindra sår och liggsår”.

Kriterier:

Kan förskrivas till patienter med risk att utveckla trycksår eller för behandling av trycksår.

Viktig information

Antidecubitusmadrasser kan inte förskrivas endast i smärtlindrande syfte.
Utsliten basmadrass berättigar inte till förskrivning av antidecubitusmadrass.

Observera madrasshöjden. Vissa antidecubitusmadrasser är 24 cm höga och kan medföra att förmåga till förflyttning i och ur säng kan påverkas pga. hög lägstanivå. Om grindar används kan detta medföra att grindhöjden på sängen blir för låg.

Det ska vara minst 22 cm mellan madrassens överkant och sänggrindens överkant

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedömning av eventuella sår och sårgrad skall göras innan förskrivning i enlighet med vårdgivarens rutiner.

Antidecubitusmadrass ersätter inte god omvårdnad.

Lägesändringar och att växla mellan att sitta/ligga/röra sig är lika viktigt som antidecubitushjälpmedel.

Utprovning

Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning om produkt eller tillbehör samt vid behov av fysisk utprovning av produkt.

Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

Beskrivning

Dokumentnamn: Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning. Madrasser, antidecubitus. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Dokument ID: 09-684746

Giltigt t.o.m.: 2024-10-03

Revisionsnr: 2

3(3)

Plan för kommunikation och implementering

Information om riktlinjen ges på Sortimentsråd Hjälpmedel SAM samt Hjälpmedelsgrupp för vidare spridning i respektive organisation. Kvalitetssamordnare inom primärvård och kvalitetssamordnare för vårddokumentation läggs som extra uppföljare. Hälsovalskontoret kommunicerar ut riktlinjen till privata vårdgivare med avtal. Efter fastställande läggs dokumentet sökbart på samverkanswebbens hjälpmedelssida.

Dokumentinformation

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.

Referenser

Dokumentnamn	Plats
Hjälpmedel. Hälso- och sjukvård, region Gävleborg	Platina/Samverkanswebben
Samverkanswebben - Hjälpmedel	Samverkanswebben
Låneförbindelse hjälpmedel	Platina/samverkanswebben
Lånevillkor	Platina/samverkanswebben