

Hjälpmedel - Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning - Instruktion. Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Hälsa- och sjukvårdsdirektör	Dokumentansvarig: Samordnare Hjälpmedel	Beslutsinstans: Hälsa- och sjukvårdsdirektör
Diarienummer:		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m. ovan

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	2
2.	Beskrivning	2
2.1.	Motordrivna rullstolar	2
2.2.	Kriterier:	2
2.3.	Kriterier – tillägg för elrullstol med uppresnings/ståfunktion	3
2.4.	Föreskrivar- och kostnadsansvar	3
2.5.	Viktig information:	3
2.6.	Råd i förskrivningsprocessen	4
2.6.1.	Utprovning	4
2.6.2.	Uppföljning	4
2.6.3.	Övrigt	5
3.	Kommunikation och implementering	5
4.	Medverkande och granskare	5

1. Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde motordrivna rullstolar
Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg, Platina ID 09- 63297” är styrande.

2. Beskrivning

2.1. Motordrivna rullstolar

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning(joystick)

2.2. Kriterier:

- Kan förskrivas till patienter som har stora svårigheter att gå och röra sig utom- och inomhus och där behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel, manuell rullstol eller manuell rullstol med drivaggregat. Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas.
- Den eldrivna rullstolen ska påtagligt öka patientens möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i det dagliga livets aktiviteter i hemmet och närmiljön, individuella mål ska beskrivas.
- Personen ska visa omdöme och förmåga att framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt. Eldriven rullstol får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte

kan föra fordonet på ett betryggande sätt. Personen ska inte ha pågående alkohol- eller drogmisbruk eller okontrollerbar epilepsi.

- Förskrivare inhämtar vid behov underlag från läkare som styrker lämpligheten med tanke på medicinskt status, prognos, omdöme och synförmåga.
- Behovet skall vara frekvent, minst 3-4 ggr/v större delen av året.

2.3. Kriterier – tillägg för elrullstol med upprensings/ståfunktion

- Behov av att utföra ADL-aktiviteter ska föreligga, alternativt ett mycket stort medicinskt behov av att mycket ofta nyttja upprensingsfunktionen.
- Fysioterapeut ska ha bedömt behovet av, och möjligheter till stående bl.a. utifrån rörlighet i höft-, knä- och fotleder innan utprovning.
- Ståfunktionen ska användas dagligen.
- Enklare ståhjälpmedel ska ha övervägts först.

2.4. Förskrivar- och kostnadsansvar

Förskrivar- och kostnadsansvar ligger inom regionens primärvård (där även privata aktörer räknas in) om inte annat avtalats. Förskrivar- och kostnadsansvar flyttas alltså inte över om patienten tex byter vårdnivå till kommunal hemsjukvård eller särskilt boende.

2.5. Viktig information:

Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte cykel, moped, bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer.

Om det framkommer att patienten inte längre uppfyller kriterierna eller att den eldrivna rullstolen inte nyttjas i enlighet med målen, ska den eldrivna rullstolen tas tillbaka.

Vid nyförskrivning ställs produkten initialt på max 8 km/h (i de fall den har en högre max hastighet).

Hastigheten kan sedan justeras programmeringsmässigt utifrån patientens behov och förskrivarens bedömning.

Förvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska finnas tillgänglig innan leverans av elrullstolen. Förvaring och laddning skall ske i uppvärmt torrt utrymme och minst +10 grader. Ur försäkringssynpunkt bör utrymmet vara låsbart.

Byte av eldriven rullstol kan ske om patientens behov har förändrats så väsentligt att målet med hjälpmedlet inte längre uppfylls. Ny behovsbedömning görs i så fall.

Förskrivning av fler kan ske när behov finns av eldriven rullstol för både inom- och utomhusbruk och detta inte kan tillgodoses med enbart en eldriven rullstol. Detta avser de situationer då en kombinerad elrullstol inte går att använda inomhus på grund av utrymmesskäl eller då den kombinerade elrullstolen inte klarar närmiljöns förutsättningar.

- Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.
- Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.
- Lånerullstol tillhandahålls ej vid de tillfällen elrullstolen är på service/reparation. Patienten kan behöva en alternativ manuell rullstol vid dessa tillfällen.
- Extra utrustning såsom t.ex. regnskydd och väskor är egenansvar. Specifik väska/förvaring som krävs av medicinska skäl (t.ex. för att kunna ta med behållare för syrgas) är förskrivningsbart
- Eldriven rullstol som används enbart på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar.
- Anpassningar på bil för att kunna ta med den eldrivna rullstolen utförs ej. Eventuellt bilstöd kan sökas hos Försäkringskassan.

2.6. Råd i förskrivningsprocessen

2.6.1. Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedel SAM med stöd av hjälpmedelskonsulent eller i patientens hem om det är svårt att bedöma framkomlighet i närmiljön. Utprovning i hemmiljön kan även i vissa fall krävas pga. patientens hälsa.

Underlag Funktionsbeställning vuxen/barn bifogas Hjälpmedel SAM inför utprovning. Dokumentet finns tillgängligt via beställningsportalen Websesam. Vid behov av eldriven rullstol för inom- och utomhusbruk väljs i första hand en kombinationsstol.

[Körträningsprotokoll](#) ska användas och de olika delmomenten ska gås igenom. Förskrivare ansvarar för körträning och bedömer om patienten kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert sätt.

Förskrivare ansvarar för att [Information till dig om lånar en eldriven rullstol](#) gås igenom och lämnas.

[Låneförbindelse](#) gås igenom och skrivs under av patienten.

Dokumentet [lånevillkor](#) gås igenom och lämnas ut.

2.6.2. Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52) Uppföljning ska ske minst årligen men initialt får behovet av uppföljning bedömas av förskrivaren.

Dokumentet [Uppföljning av eldriven rullstol](#) används.

Hjälpmedel SAM ansvarar för att förebyggande underhåll utförs. Om produkten är fabriksny vid leverans infaller första åtgärden efter tre år och sedan vart tredje år.

2.6.3. Övrigt

Vid eventuell transport med färdtjänst rekommenderas att patienten flyttar över till vanligt bilsäte. Säkerhetsbälte/positioneringsbälte monterat på elrullstolen ersätter inte bilbälte vid färd i bil/buss. Ofta krävs monterat nackstöd för godkänt krocktest.

Om rullstolen körs i "normal" gånghastighet, ca 5 km/tim skall regler för gångtrafikanter följas. Om rullstolen körs med högre hastighet skall trafikregler för cyklist följas.

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras på samverkanswebben och är sökbart i Platina. Extra uppföljare ansvarar för att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut dokumentet till privata vårdgivare med vårdavtal

4. Medverkande och granskare

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.