Dokumentansvarig: Magnus B Dahl

Dokumentägare: Martin Andersson

Hjälpmedel - Madrasser, antidecubitus - Instruktion. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Madrasser, antidecubitus	**Dokumentkategori:** Instruktion	**Omfattning:** Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör	**Dokumentansvarig:** Samordnare Hjälpmedel	**Beslutsinstans:** Hälso- och sjukvårdsdirektör
Diarienummer:		**Datum för översyn:** Se giltigt t.o.m. ovan

Innehåll

1. Syfte och omfattning 2
2. Beskrivning 2
2.1.1. Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt....2
2.2. Kriterier:....2
2.3. Viktig information....2
2.4. Råd i förskrivningsprocessen 3
2.4.1. Bedömning....3
2.4.2. Utprovning 3
2.4.3. Uppföljning....3
3. Kommunikation och implementering....3
4. Medverkande och granskare 3

1. Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt. Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg platina ID 09-63297” är styrande.

2. Beskrivning

2.1.1. Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt

04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

I detta innefattas ”Hjälpmedel avsedda att omfördela tryck på ömtåliga delar av kroppen under längre perioder av sängliggande samt att förhindra sår och liggsår”.

2.2. Kriterier:

Kan förskrivas till patienter med risk att utveckla trycksår eller för behandling av trycksår.

2.3. Viktig information

Antidecubitusmadrasser kan inte förskrivas endast i smärtlindrande syfte.
Utsliten basmadrass berättigar inte till förskrivning av antidecubitusmadrass.

Observera madrasshöjden. Vissa antidecubitusmadrasser är 24 cm höga och kan medföra att förmåga till förflyttning i och ur säng kan påverkas pga. hög lägstanivå. Om grindar används kan detta medföra att grindhöjden på sängen blir för låg.

Det ska vara minst 22 cm mellan madrassens överkant och sänggrindens överkant

2.4. Råd i förskrivningsprocessen

2.4.1. Bedömning

Bedömning av eventuella sår och sårgrad skall göras innan förskrivning i enlighet med vårdgivarens rutiner.

Antidecubitusmadrass ersätter inte god omvårdnad.

Lägesändringar och att växla mellan att sitta/ligga/röra sig är lika viktigt som antidecubitushjälpmedel.

2.4.2. Utprovning

Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning om produkt eller tillbehör samt vid behov av fysisk utprovning av produkt.

2.4.3. Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras på samverkanswebben och är sökbart i Platina. Extra uppföljare ansvarar för att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut dokumentet till privata vårdgivare med vårdavtal

4. Medverkande och granskare

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.