Hjälpmedel - Personlyftar - Instruktion. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Personlyftar	**Dokumentkategori:** Instruktion	**Omfattning:** Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör	**Dokumentansvarig:** Samordnare Hjälpmedel	**Beslutsinstans:** Hälso- och sjukvårdsdirektör
Diarienummer:		**Datum för översyn:** Se giltigt t.o.m. ovan

Innehåll

1. Syfte och omfattning 2
2. Beskrivning 2
2.1.1. Hjälpmedel för att lyfta personer 2
2.2. Kriterier 2
2.2.1. Mobila golvlyftar och stationära lyftar 2
2.2.2. Mobila stålyftar 3
2.3. Viktig information 3
2.4. Råd i förskrivningsprocessen 3
2.4.1. Bedömning 3
2.4.2. Utprovning 4
2.4.3. Uppföljning 4
3. Kommunikation och implementering 4
4. Medverkande och granskare 4

1. Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Hjälpmedel för att lyfta personer.
Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg, platina ID 09-63297” är styrande.

2. Beskrivning

2.1.1. Hjälpmedel för att lyfta personer

12 36 03 Mobila lyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftsele
12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak
12 36 18 Stationära fristående lyftar
12 36 04 Mobila lyftar för överflyttning av en stående person

2.2. Kriterier

2.2.1. Mobila golvlyftar och stationära lyftar

Kan förskrivas till patient som saknar förmåga eller har stora svårigheter, att självständigt ändra grundläggande kroppsställning, förflytta sig från en plats till en annan och göra överflyttning från en yta till en annan.

Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån personens förutsättningar och totala omvårdnadssituation.

Om förskrivaren bedömer att annan förflyttningsteknik bättre svarar för

patienten/brukarens behov kan personlyft inte förskrivas som ett personligt hjälpmedel

2.2.2. Mobila stålyftar

Kan förskrivas till patient som har stora svårigheter att självständigt ändra kroppsställning till och från sittande/stående och att kunna flytta fötterna steg för steg och att självständigt kunna förflytta sig i sittande ställning från en yta till en annan.
Personen skall ha tillräcklig muskelkraft och ledstabilitet för att till viss del kunna bibehålla stående ställning med stöd.

Andra förflyttningstekniker ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån personens förutsättningar och totala omvårdnadssituation.

Om förskrivaren bedömer att annan förflyttningsteknik bättre svarar för patienten/brukarens behov kan personlyft inte förskrivas som ett personligt hjälpmedel

2.3. Viktig information

Observera att selen till stålyft är specifik för varje modell. Ingen annan modell får användas.

Våg till mobil lyft och/eller taklyft förskrivs och bekostas av samma huvudman som huvudhjälpmedlet.
Taklyft till barn förskrivs på den adress personen är folkbokförd. Undantag kan göras vid delad vårdnad där barnet tillbringar lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna.

Mobil lyft och stålyft för användning vid resor, alternativa boenden och dylikt är egenansvar. Möjlighet finns att hyra lyft för tillfälliga behov som privatperson.

Nedmontering av taklyftssystem ombesörjs av sjukvårdshuvudmannen.
Återställande av vägg-och takytor efter nedmontering av stationär taklyft är egenansvar.

2.4. Råd i förskrivningsprocessen

2.4.1. Bedömning

Omgivningsfaktorer avgör om mobil golvlyft, stationär (taklyft) eller fristående lyft (fristående taklyftssystem) väljs.
Mobil golvlyft är att föredra om det finns behov av överflyttning på olika platser i bostaden eller om behovet av lyft är tillfälligt.
Stationär lyft, taklyft är att föredra om behovet av lyft är varaktigt, om överflyttningen görs alltid på ett och samma ställe eller om överflyttningen sker i trånga utrymmen.

2.4.2. Utprovning

Projektering av taklyftssystem utförs av Hjälpmedel SAM tillsammans med ansvarig förskrivare/beställare. Skriftligt godkännande ska inhämtas från fastighetsägaren innan installation.
Upphandlad leverantör monterar sedan taklyftssystemet.

Bostadsanpassningsbidrag kan behöva sökas för t.ex. dragning av el till takskensystem eller håltagning för genomföringar av skensystem.

Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning om övriga produkter eller tillbehör samt vid behov av fysisk utprovning av produkt.

2.4.3. Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras på samverkanswebben och är sökbart i Platina. Extra uppföljare ansvarar för att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut dokumentet till privata vårdgivare med vårdavtal

4. Medverkande och granskare

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.