

Hjälpmedel - Drivaggregat för manuella rullstolar, vårdarstyrda - Instruktion. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Drivaggregat för manuella rullstolar, vårdarstyrda	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör	Dokumentansvarig: Samordnare Hjälpmedel	Beslutsinstans: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Diarienummer:		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m. ovan

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	2
2.	Beskrivning	2
2.1.1.	Drivaggregat för manuell rullstol, vårdarstyrda.....	2
2.2.	Kriterier:	2
2.3.	Viktig information:	2
2.4.	Råd i förskrivningsprocessen	3
2.4.1.	Utestövning	3
2.4.2.	Uppföljning.....	3
3.	Kommunikation och implementering	3
4.	Medverkande och granskare	3

1. Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Tilläggsutrustning till rullstolar

Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälsa- och sjukvård. Region Gävleborg, Platina ID 09- 63297” är styrande.

2. Beskrivning

2.1.1. Drivaggregat för manuell rullstol, vårdarstyrda

12 24 09 Drivaggregat vårdarstyrda

2.2. Kriterier:

- Kan förskrivas till patienter där förflyttning med manuell rullstol utomhus endast kan ske med hjälp av annan person och där hjälpmotor behövs för att medhjälparen på säkert och ergonomiskt sätt ska kunna framföra stolen.
- Den manuella rullstolen med drivaggregat ska påtagligt öka patientens möjlighet till delaktighet i vardagen.
- Behovet skall vara frekvent, minst 3-4 ggr/v större delen av året.

2.3. Viktig information:

Vårdarstyrt drivaggregat är inte att jämföras med en elrullstol vad gäller framkomlighet eller stötdämpning i olika väglag såsom kullersten eller snömodd.

Om patienten bor utanför planerad stadsmiljö bör elektrisk vådarmanövrerad rullstol väljas i första hand.

Förvaring och laddning av drivaggregatet ska finnas tillgänglig innan leverans av produkten. Förvaring och laddning skall ske i uppvärmt torrt utrymme och minst +5 grader. Ur försäkringssynpunkt bör utrymmet vara låsbart.

Observera att vissa produkter med batterier av litiumjontyp är för kraftfulla för att få ta med på flyg, på grund av explosionsrisken.

2.4. Råd i förskrivningsprocessen

Har brukaren ett avancerat sittande som är bra i den manuella rullstolen, då kan drivaggregat vara att föredra istället för eldriven rullstol under förutsättning att framkomlighetskraven ovan uppfylls.

2.4.1. Utprovning

Förskrivaren bedömer om vådaren kan framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt.

[Låneförbindelse](#) går igenom och skrivs under av patienten.

Dokumentet [lånevillkor](#) går igenom och lämnas ut.

2.4.2. Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

Uppföljning ska ske minst årligen.

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras på samverkanswebben och är sökbart i Platina. Extra uppföljare ansvarar för att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut dokumentet till privata vårdgivare med vårdavtal

4. Medverkande och granskare

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.