Underhållsprotokoll i-STAT Patientnära analyser - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

MTA-nummer:…….

Elektronisk simulatorkontroll

Elektronisk simulatorkontroll ska utföras varje dag eller de dagar då patientprover analyseras.

Datum	Elektronisk simulator	Eventuell kommentar	Utfört av
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		

Underhållsprotokoll i-STAT Patientnära analyser - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

MTA-nummer:……..

Rengöring med hjälp av keramisk rengöringskassett

Keramisk rengöringskassett används vid behov. Till exempel vid felkod om ”kontaktfel detekterat”. Utförs i samband med elektronisk simulatorkontroll.

Datum	Keramisk rengöringskassett	Eventuell kommentar	Utfört av
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		

Kontroll av termisk sond

Kontroll av den termiska sonden bör utföras i samband med mjukvaruuppdatering som sker två gånger per år, i juni och december.

Datum	Kontroll av termisk sond	Resultat	Utfört av
	☐	-0,1-+0,1 ☐ Felkod: Kommentar:	
	☐	-0,1-+0,1 ☐ Felkod: Kommentar:	
	☐	-0,1-+0,1 ☐ Felkod: Kommentar:	
	☐	-0,1-+0,1 ☐ Felkod: Kommentar:	