Hjälpmedel - Sängar och sängbord - Instruktion. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Sängar och sängbord	**Dokumentkategori:** Instruktion	**Omfattning:** Hälso- och jsukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör	**Dokumentansvarig:** Samordnare Hjälpmedel	**Beslutsinstans:** Hälso- och sjukvårdsdirektör
Diarienummer:		**Datum för översyn:** Se giltigt t.o.m. ovan

Innehåll

1. Syfte och omfattning 2
2. Beskrivning 2
2.1.1. Sängar och sängutrustning 2
2.2. Kriterier sängar: 2
2.3. Viktig information 2
2.4. Kriterier Sängbord 3
2.5. Råd i förskrivningsprocessen 3
2.5.1. Utprovning 3
2.5.2. Uppföljning 3
3. Kommunikation och implementering 3
4. Medverkande och granskare 4

1. Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Sängar och sängutrustning. I denna nya version har även kriterier för sängbord lagts till.
Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg, platina ID 09-63297” är styrande.

2. Beskrivning

2.1.1. Sängar och sängutrustning

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara
18 03 15 Sängbord

2.2. Kriterier sängar:

Göra det möjligt för patient att självständigt - eller med assistens ta sig i och ur sängen.
Göra det möjligt för patient med svåra funktionsnedsättningar, att självständigt eller med assistens kunna göra lägesändringar.
För att, utifrån sitt medicinska tillstånd, kunna få god hjälp av annan person, vid behov av omfattande omvårdnad i säng.
Underlätta andning för svårt hjärt- och lungsjuka.
Underlätta för föräldrar med funktionsnedsättning att kunna sköta sitt barn (barnsäng).

2.3. Viktig information

Standardsäng är patientens ansvar.

Innan elektrisk reglerbar säng förskrivs ska man ha uteslutit enklare lösningar som alternativ teknik samt möjligheten att komplettera befintlig säng.

Tryckavlastande madrass ska ingå i förskrivningen om inte det finns behov av högre grad av trycksårsförebyggande/behandlande madrass.
Om patienten vill använda en egen madrass bör den ha ca 12-14 cm tjocklek.

Då personal/anhörig uttrycker behov av elektrisk reglerbar/höj och sänkbar säng trots att patienten enligt hälso- och sjukvårdsbedömning enligt ovan bedöms kunna använda standardsäng med ev. tillbehör, är sängen inte ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Specialutformad säng kan endast förskrivas när hjälpmedelssäng av standardutförande inte räcker till för att tillgodose ovanstående behov.

2.4. Kriterier Sängbord

Kan förskrivas till patienter under under förutsättning att sängbordet medför ökad självständighet där ordinarie sängbord eller annan lösning (ska ha testats först) inte fungerar tillfredsställande.

2.5. Råd i förskrivningsprocessen

2.5.1. Utprovning

Bedömning utifrån respektive huvudmans riktlinjer om skydds och begränsningsåtgärder måste göras innan grindar används. Samtycke ska inhämtas från patienten vid användning av grindar, se rutin Skydds och begränsningsåtgärder - VO primärvård ID 09-142582 inom Region Gävleborg. Utöver detta kan det finnas lokala krav att ta hänsyn till.

Observera att vid användning av grindar eller stöd- och vändhandtag ska avstånd mellan madrassens överkant till sänggrindarnas/handtagens överkant minst vara 22 cm.

Bredare säng kan förskrivas om det finns synnerliga skäl. T.ex. då patienten ej får plats i standardsäng eller då det krävs för att kunna vända patienten. Observera att arbetssituationen för de som vårdar patienten kan bli sämre med en bredare säng.

Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning om produkt eller tillbehör samt vid behov av fysisk utprovning av produkt.

2.5.2. Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras på samverkanswebben och är sökbart i Platina. Extra uppföljare ansvarar för att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut dokumentet till privata vårdgivare med vårdavtal

4. Medverkande och granskare

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.