

# Provtagningsanvisning Urin, allmän odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

<b>Titel:</b> Provtagningsanvisning Urin, allmän odling	<b>Dokumentkategori:</b> Instruktion	<b>Omfattning:</b> Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
<b>Dokumentägare:</b> Biträdande vårdenhetschef KML	<b>Dokumentansvarig:</b> Kvalitetssamordnare KML	<b>Beslutsinstans:</b> Biträdande vårdenhetschef KML
<b>Diarienummer:</b> Ej tillämpligt.		<b>Datum för översyn:</b> Se giltigt t.o.m.

## Urin, allmän odling

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Urinodling. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p> <p>För korrekt hantering och bedömning av provet är följande remissuppgifter viktiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provtagningsätt (t ex mittstråleprov, KAD, engångskateter, blåspunktion, Brickerblåsa)</li> <li>• Blåsinkubationstid</li> <li>• Urinvägssymtom/kliniska symtom</li> <li>• Misstanke om övre urinvägsinfektion/pyelonefrit</li> <li>• Om provet är taget inför planerad operation i urinvägarna</li> <li>• Graviditet</li> <li>• Njursten</li> <li>• Immunsuppression</li> <li>• Pågående/planerad antibiotikabehandling</li> </ul> <p>Eventuell antibiotikaöverkänslighet</p>
Provtagning	<p>Sterilt provtagningsrör för urinodling. Mittstråleprov minst 3 mL. Sökord i proceedo: Rör rund botten skruvlock 10 ml: <b>Artikelnummer 1159356</b></p> <p>Sterilt rör samt transferenhet som suger upp urin från till exempel en mugg. Sökord i proceedo: V-Monovette: <b>Artikelnummer 1030231 och 1150551</b></p> <p>För utförlig provtagningsinstruktion till vårdenhet, <a href="#">klicka här</a> För provtagningsinstruktion till patient, <a href="#">klicka här</a></p>
Förvaring/transport	<p>Provet ställs i kylskåp omedelbart efter provtagning. Skickas med första ordinarie transport men senast nästa dag. För prover tagna &gt; 2 dagar innan ankomst till laboratoriet föreligger risk för osäkert odlingsresultat. Ej kylt prov bör vara på laboratoriet inom 1 timme.</p>
Analyserande laboratorium	<p>Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus</p>
Referensintervall	<p>Ej tillämpligt</p>
Svarstid	<p>Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar. Vid behov av bedömning övriga dagar var god kontakta laboratoriet.</p>
Ackrediterad	<p>Ja</p>

Efterbeställning	Kompletterande resistensbestämning kan efterbeställas upp till en vecka efter svar.
Patientinformation	För provtagningsinstruktion till patient, se länk ovan
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Relevanta bakterier art- och resistensbestäms. Resistensbestämning är ingen uppmaning till behandling.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion. Kontroll efter urinvägsinfektion när sådan är indicerad.

## Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

## Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

## Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-09-03	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-71252. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.
2026-05-07	2	Under rubriken ”Kommentarer/övrig upplysning” lagt till en upplysning om att relevanta bakterier art- och resistensbestäms.