


Provtagningsanvisning Stickskada, exponerad personal - Instruktion - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Stickskada, exponerad personal	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Stickskada, exponerad personal

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Stickskada → Stickskada, exponerad personal. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 3, Laboriemedicin Region Gävleborg)</p> <p>För korrekt svarshantering ska Infektionsmottagningen alt företagshälsovård anges som beställare.</p>
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på transport om provet inte når Laboriemedicins provmottagning i Gävle inom 1 dygn från provtagning
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Ej tillämpligt
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Beställs som "Stickskada, exponerad personal", se Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram

	Provet förvaras fryst (-20 °C) i ett år
Medicinsk bakgrund/indikation	Exponerad personal, vid stickskada

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget i samarbete med och granskat av Anna Engvall, metodansvarig. Granskat av Christine Lannsjö, Systemadministratör CGM Analytix samt Anna Heydecke, medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-03-19	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok 09-175060. Ändrat till elektronisk remiss Cosmic.