

Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning. Portabla ramper och tröskelramper. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Innehåll

Syfte och omfattning.....	1
Allmänt	1
Ansvar och roller	1
Beskrivning.....	2
Hjälpmedel för vertikal tillgänglighet.....	2
Kriterier:	2
Viktig information	2
Råd i förskrivningsprocessen	2
Utprovning	2
Uppföljning	2
Plan för kommunikation och implementering	3
Dokumentinformation	3
Referenser.....	3

Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Hjälpmedel för vertikal tillgänglighet. Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg Platina ID 09-63297” är styrande.

Allmänt

Riktlinjer för egenvård/ansvar ska i första hand beaktas.
Hjälpmedelsinsatser ska vara medicinskt och funktionellt motiverade

Ansvar och roller

Vårdenhetschefer ansvar för att samtliga förskrivare inom enheten har kännedom om riktlinjen och vet var de hittar den.
Förskrivare ansvarar för att tillämpa riktlinjen.

Beskrivning

Hjälpmedel för vertikal tillgänglighet

18 30 15 Portabla ramper

18 30 15 Tröskelramper

Kriterier:

Kan förskrivas under en begränsad tid i väntan på bostadsanpassning.

Kan förskrivas under kortare behandlings- eller rehabiliteringsperiod

Kan förskrivas under en begränsad tid i väntan på bilanpassning.

Viktig information

Portabla ramper för fritidshus eller för tillfälliga behov tex för besök hos släkt och vänner kan ej förskrivas.

Möjlighet finns att som privatperson hyra ramper (begränsat utbud) via Hjälpmedel SAM.

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning

Ramper som tillhandahålls för förskrivning är som längst 3 meter.

Rekommenderad max lutning är 1 meter ramp/20 cm nivåskillnad. Skall patienten tex köra en manuell rullstol själv kan längre ramp krävas.

Detta innebär att ramperna ej passar nivåskillnader högre än 60 cm.

Utifrån tänkt användning väljs skenor eller ramp med hel åkyta. Om flera ramper ska användas är det av stor vikt att de har rätt bredd för att rullstolens hjul ska få plats.

Om rampen/ramperna ska flyttas beakta vikten/ramp.

Observera rampens bredd så att den passar tänkt användningsområde.

Observera rampens max belastning. Det skiljer mellan upphandlade ramper.

Generellt sett har en 3 meters ramp lägre max belastning än en 2 meters.

Kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning om produkt eller tillbehör samt vid behov av fysisk utprovning av produkt.

Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

Beskrivning

Dokumentnamn: Riktlinje för hjälpmedelsförskrivning. Portabla ramper och tröskelramper. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-681402

Giltigt t.o.m.: 2024-10-03

Revisionsnr: 2

Plan för kommunikation och implementering

Information om riktlinjen ges på Sortimentråd Hjälpmedel SAM samt Hjälpmedelsgrupp för vidare spridning i respektive organisation. Kvalitetssamordnare inom primärvård och kvalitetssamordnare för vårddokumentation läggs som extra uppföljare. Hälsovalskontoret kommunicerar ut riktlinjen till privata vårdgivare med avtal. Efter fastställande läggs dokumentet sökbart på samverkanswebbens hjälpmedelssida.

Dokumentinformation

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.

Referenser

Dokumentnamn	Plats
Hjälpmedel. Hälso- och sjukvård, region Gävleborg	Platina/Samverkanswebben
Samverkanswebben - Hjälpmedel	Samverkanswebben
Låneförbindelse hjälpmedel	Platina/samverkanswebben
Lånevillkor	Platina/samverkanswebben