Upprättare: Ewa M Grönvall

Fastställare: Monica Arkenström

Loggblad Optisk testkassett DCA Vantage, Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

MTAnr .....

Resultat

Den genomsnittliga transmittansen (Medel, T) ska ligga inom intervall 0,9500–1,0500. Nya värden ska jämföras med startvärdet. Det nya värdet får inte avvika mer än + 0,0100T.

Standardavvikelsen (SD, T) ska vid varje mätning vara mindre än 0,0015 och driften (Avv.max) ska vara mindre än 0,0140.

OBS! På resultat av optiska testet skrivs även Avvik., T. Detta värde behöver ej loggas.

Datum	**Medel, T** (genomsnittslig transmittans) Intervall: 0,9500–1,0500 Max variation +0,0100	**SD, T** (standardavvikelse) Ska vara mindre än: 0,00150	**Avv.max** (drift) Ska vara mindre än: 0,0140	**Signatur**