

Hjälpmedel - Sittdynor, antidecubitus - Instruktion. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Sittdynor, antidecubitus	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör	Dokumentansvarig: Samordnare Hjälpmedel	Beslutsinstans: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Diarienummer:		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m. ovan

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	2
2.	Beskrivning	2
2.1.1.	Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt.....	2
2.2.	Kriterier:.....	2
2.3.	Viktig information	2
2.4.	Råd i förskrivningsprocessen	3
2.4.1.	Bedömning.....	3
2.4.2.	Utprovning	3
2.4.3.	Uppföljning.....	3
3.	Kommunikation och implementering	3
4.	Medverkande och granskare	3

1. Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt. Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg platina ID 09-63297” är styrande.

2. Beskrivning

2.1.1. Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt

04 33 03 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt.

I detta innefattas ” Hjälpmedel för att skydda hud och vävnad genom omfördelning av tryck på stjärten”

2.2. Kriterier:

Kan förskrivas till patienter med risk att utveckla trycksår eller för behandling av trycksår.
Kan förskrivas för positionering i sittande i rullstol som inte kan lösas med enklare sittdynor.

2.3. Viktig information

Enkla förebyggande dynor ska först ha uteslutits innan mer avancerade dynor förskrivs.

Antidecubitushjälpmedel kan inte förskrivas endast i smärtlindrande syfte.

Flera dynor kan förskrivas om behov finns till flera rullstolar. Det kan även finnas behov av fler överdrag till dynan för att upprätthålla god hygien av dynan.

2.4. Råd i förskrivningsprocessen

2.4.1. Bedömning

Bedömning av eventuella sår och sårgrad skall göras innan förskrivning i enlighet med vårdgivarens rutiner.

Antidecubitusdyna ersätter inte god omvårdnad.

Lägesändringar och att växla mellan att sitta/ligga/röra sig är lika viktigt som antidecubitushjälpmedel.

2.4.2. Utprovning

Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning om produkt eller tillbehör samt vid behov av fysisk utprovning av produkt. Tryckmätning kan utföras vid komplexa fall.

2.4.3. Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras på samverkanswebben och är sökbart i Platina. Extra uppföljare ansvarar för att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut dokumentet till privata vårdgivare med vårdavtal

4. Medverkande och granskare

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.