Upprättare: Liudmila L Saukantiene

Fastställare: Eva Nagy

Provtagningsanvisning Natrium, Kalium och Klorid i dialysvätska - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under diverse vätskor: dialysat)
Provtagning	5 mL transparent plaströr med blå kork. Röret skall fyllas till minst hälften med vätska. Lämna för analys omgående.
Förvaring/Transport	Prov kan transporteras i rumstemperatur.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Acceptansgräns: DIK, Kalium i dialysvätska: 1,9-2,1 mmol/L DINA, Natrium i dialysvätska: 135–141 mmol/L DICL, Klorid i dialysvätska: 104–114 mmol/L (Klor: 103–114 mmol/L, undantag för Bollnäs) Uppdaterad: 2025.03
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt

Kontrollerad av ansvarig. Gäller endast utskriftsdatumet

Medicinsk bakgrund/ indikation	Kontroll av dialysat. Med dialysat (eller hemodialysvätska) avses den färdiga dialysvätskan som dialysapparaten producerar av dialyskoncentrat och det renade vattnet, i förhållandet 1:44. Acceptansgräns enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:40) om on-line-tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor (dialysföreskrifter).

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2022-05-30	4	Lagt till rubriken revideringar. Uppdatering av referensintervall och medicinsk bakgrund.
2024-05-23	5	Uppdatering av titel (Bikarbonat → Koldioxid) samt analysnamn i text enligt harmonisering av benämning utifrån rekommenderat rapportnamn.
2025-03-04	6	Lagt till analyskod DIK – kalium i dialysvätska och tagit bort analyskod DICO2 - koldioxid i dialysvätska. Tog bort information om CO2 halten under provtagning. Uppdatering görs i samarbete med sakkunig från dialysmottagning och apotekare från läkemedelsenhet som också granskat innehållet.

Kopians giltighet gäller endast utskriftsdatumet