


Provtagningsanvisning pH i pleuravätska - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län
Provtagning	<p>Provtagning med hepariniserad spruta är att föredra.</p>  <p>I undantagsfall går det att analysera på välfyllt heparinrör eller sterilt rör.</p>
Förvaring/transport	Bör transporteras så fort som möjligt till provinlämning Laboratoriemedicin. Ska ej förvaras på avdelning. Skicka EJ med rörpost.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Tas på inneliggande patienter.
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Ingår i pleurapaket.
Medicinsk bakgrund/indikation	Som en del av bedömning av pleuravätskan mäts pH i situationer när bakteriell infektion misstänks, dvs. eventuell förekomst av pleural empyem (pus i pleurasäcken). Hos friska människor ligger pH sannolikt mellan 7,60 och 7,66. Plv-pH < 7,2 talar för komplicerad parapneumonisk pleuragjutning eller empyem.