

Hjälpmedel - Överflyttnings- och vändningshjälpmedel - Instruktion. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Överflyttnings- och vändningshjälpmedel	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör	Dokumentansvarig: Samordnare Hjälpmedel	Beslutsinstans: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Diarienummer:		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m. ovan

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	2
2.	Beskrivning	2
2.1.1.	Hjälpmedel för att ändra kroppsposition	2
2.2.	Kriterier	3
2.2.1.	Glidbräda	3
2.2.2.	Glidmatta/vändningsmatta	3
2.2.3.	Glidlakan	3
2.2.4.	Vridplattor (golvmodell)	3
2.2.5.	Vridplatta (stolsmodell och mjuk modell)	3
2.2.6.	Fristående lyftbågar	3
2.2.7.	Repstegar	3
2.2.8.	Uppresningsbälten och västar	4
2.2.9.	Överflyttningsplattformar	4
2.2.10.	Fotpallar och fotstöd	4
2.3.	Råd i forskrivningsprocessen	4
2.3.1.	Utprovning	4
2.3.2.	Uppföljning	4
3.	Kommunikation och implementering	4
4.	Medverkande och granskare	4

1. Syfte och omfattning

Bedömningskriterier för produktområde Hjälpmedel för att ändra kroppsposition.
Övergripande rutin ”Hjälpmedel, Hälso- och sjukvård. Region Gävleborg” är styrande.

2. Beskrivning

2.1.1. Hjälpmedel för att ändra kroppsposition

12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning
12 31 06 Vridplattor
12 31 09 Fristående lyftbågar
12 31 12 Repstegar
12 31 15 Uppresningsbälten och västar
12 31 21 Överflyttningsplattformar
18 10 15 Benstöd och fotstöd

2.2. Kriterier

2.2.1. Glidbräda

Kan förskrivas till patient som saknar förmåga eller har stora svårigheter att förflytta sig från en yta till en annan genom att resa sig och flytta fötterna steg för steg framlänges/baklänges eller i sidled. Förmåga finns att göra en överflyttning från en yta till en annan i sittande ställning.

2.2.2. Glidmatta/vändningsmatta

Kan förskrivas till patient som har stora svårigheter att ändra kroppsställning i säng och/eller behov av att underlätta överflyttning i sittande ställning från en yta till en annan.

2.2.3. Glidlakan

Glidlakan definieras som lakan, med en speciell glidyta av satin eller liknande, som bäddas in i sängen, närmast madrassen. Exempel på produkt är Glidlakan WendyLett

Gliddraglakan används alltid tillsammans med glidlakan. Det har en undersida av satin eller liknande och glider mot det underliggande glidlakanets glidyta. Exempel på produkt är WendyLett 2way och WendyLett 4way.

- Ovanstående kombination av produkter (glidlakan + gliddraglakan) kan förskrivas till patient som har omfattande långvariga svårigheter att ändra kroppsställning i säng.
- Två set kan förskrivas.
- Enbart glidlakan är egenansvar alternativt arbetsgivaransvar.
- Draglakan definieras som lakan av tyg utan glidmaterial, ofta av bomullsmaterial. Dessa är egenansvar eller arbetsgivaransvar.
- Glidmaterial, oavsett typ, avsedda enbart för användning i bil är egenansvar.

2.2.4. Vridplattor (golvmodell)

Kan förskrivas till patient som har svårighet att självständigt förflytta sig från en plats till en annan genom att resa sig och flytta fötterna steg för steg framlänges/baklänges eller i sidled.

2.2.5. Vridplatta (stolsmodell och mjuk modell)

Egenansvar.

2.2.6. Fristående lyftbågar

Kan förskrivas till patient som har svårigheter att förflytta sig i liggande ställning i säng. Ska användas vid förflyttningar och lägesförändringar i sängen, inte som en hjälp till uppresning till sittande på sängkant.

2.2.7. Repstegar

Kan förskrivas till patient som har svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande i säng.

2.2.8. Uppresningsbälten och västar

Kan förskrivas till patient som har behov av stöd och hjälp av annan person vid förflyttning/gång/resa och sätta sig eller för att ändra kroppsställning.

2.2.9. Överflyttningsplattformar

Kan förskrivas till patient som har stora svårigheter att förflytta sig från en plats till en annan genom att resa sig och flytta fötterna steg för steg framlänges/ baklänges eller i sidled. Behov finns att undvika flera förflyttningsmoment eller för att skapa bättre arbetsutrymme. Patienten skall kunna belasta sina ben, medverka vid uppresning, ha balans samt ha gripfunktion.

Överflyttning med teknik och enklare hjälpmedel ska vara provad och utesluten. Hjälpmedlen är oftast inte avsedda för längre transporter.

2.2.10. Fotpallar och fotstöd

Kan förskrivas till patient som har svårighet att förflytta sig till och från rullstol, säng, toalett mm. Hjälpmedlet ska användas i kombination med andra förflyttningshjälpmedel då behov finns att få stöd för fötterna.

Kan inte förskrivas enbart i syfte att sitta bekvämare.

2.3. Råd i förskrivningsprocessen

2.3.1. Utprovning

Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning om produkt eller tillbehör samt vid behov av fysisk utprovning av produkt.

2.3.2. Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med förskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras på samverkanswebben och är sökbart i Platina. Extra uppföljare ansvarar för att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut dokumentet till privata vårdgivare med vårdavtal

4. Medverkande och granskare

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjälpmedel i samverkan med Hjälpmedelsgrupp samt Referensgrupp förskrivare.