


## Provtagningsanvisning Urea, Kreatinin och Glukos, Dv(PD)- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under dialysat)
Provtagning	PD-vätska i plaströr med skruvkork. 
Förvaring/Transport	Transport till analyserande lab samma dag. PD-vätska behöver inte centrifugeras.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall
Referensintervall	Referensintervall för Urea, Kreatinin och Glukos i PD-vätskor saknas.
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/indikation	Test till PD-PET, Peritonealt Ekvilibriums Test för att ordinera en individuellt anpassad och för patienten optimal peritoneal dialysbehandling.

## Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2022-09-26	5	Återaktivering. Lagt till rubriken revideringar.
2024-04-19	6	Uppdaterat titel enligt harmonisering av benämning utifrån rekommenderat rapportnamn.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet