


## Provtagningsanvisning Hepatit A - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

### Antikroppar mot Hepatit A

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Serologi, Hepatit A. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 3, Laboriemedicin Region Gävleborg.)
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Analysen utförs vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Tolkning följer alltid med svaret när någon analys är positiv. Vid positivt svar i anti-HAV (IgG och IgM) utförs analys av anti-HAV IgM för att se om infektionen är aktuell eller om patienten är immun.

Kommentarer/övrig upplysning	Positiva anti-HAV IgM skickas för HAV RNA påvisning för att verifiera pågående infektion.
Medicinsk bakgrund/indikation	Hepatit A är den vanligaste formen av akut virushepatit. Viruset överförs fekalt-oralt och överförs via mat och vatten främst i regioner med dålig hygienisk standard. Har man vaccinerat sig eller genomgått sjukdomen kan anti-HAV IgG antikroppar vanligtvis påvisas livet ut. Anti-HAV IgM antikroppar kan alltid påvisas vid sjukdomens debut och försvinner vanligen 3–4 månader senare. Tas vid misstanke om tidigare eller pågående Hepatit A-infektion och kontroll efter Hepatit A-vaccination.

### Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-02-24	7	Återaktivering. Lagt till rubrik revideringar. Förtydligat beställning med elektroniska remisser.
2023-05-04	8	Ändrat till Remiss 3. Lagt till upplysning om verifiering av HAV RNA.
2024-04-03	9	Tar bort rekommendation av rör utan gel (röd propp) vid provtagning då de ej kommer att kunna centrifugeras på p471 i den nya automationen pga. lägre rekommenderat g-tal. Lägger till rörtyp och art. nr. för provtagning.